



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号  
Certificate No

第 01381719-001 号

委托者

Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址

Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称

Description of Sample

冷链

制造厂商

Manufacturer

海尔

型号/规格

Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号

Number of Sample

000062A6 (04) 设备编号:临床试验

受样日期

Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人

Approved by

徐昇

批准人职务

Position

部长

校准员

Calibrated by

李林凤

核验员

Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT. This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add:No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the  
内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。  
Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.

校准数据/结果：  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
6.0	6.3	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度：

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点： 6.0 (°C)

$U= 0.4 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $k=2$

校准湿度点： / (%RH)

$U= 1.4 \text{ } \%RH$ ,  $k=2$





# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号  
Certificate No

第 01381719-002 号

委托者

Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址

Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称

Description of Sample

冷链

制造厂商

Manufacturer

海尔

型号/规格

Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号

Number of Sample

00005FA3 (03) 设备编号:临床试验

受样日期

Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人

Approved by

徐昇

批准人职务

Position

部长

校准员

Calibrated by

李林凤

核验员

Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT. This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add:No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the

内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。

Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.

校准数据/结果:  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
6.2	5.3	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度:

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点: 6.2 (°C)

$U=$  0.4 °C,  $k=2$

校准湿度点: / (%RH)

$U=$  1.4 %RH,  $k=2$





# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 第 01381719-003 号  
Certificate No

委托者 中国医学科学院皮肤病医院  
Customer

委托者地址 蒋王庙街14号  
Add.of Customer

样品名称 冷链  
Description of Sample

制造厂商 海尔  
Manufacturer

型号/规格 YB-HC004-00  
Model/Specification

样品编号 00006092 (02) 设备编号:临床试验  
Number of Sample

受样日期 2022 - 10 - 19  
Date of Sampling

证书批准人 徐昇 批准人职务 部长  
Approved by Position

校准员 李林凤 核验员 陈琳  
Calibrated by Checked by

校准日期 2022 年 10 月 19 日  
Date of this Calibration Year Month Day



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add:No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the

内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。

Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.



校准数据/结果：  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
6.0	5.4	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度：

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点： 6.0 (℃)

$U= 0.4 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $k=2$

校准湿度点： / (%RH)

$U= 1.4 \text{ } \%RH$ ,  $k=2$



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 第 01381719-004 号  
Certificate No

委托者  
Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址  
Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称  
Description of Sample

冷链

制造厂商  
Manufacturer

海尔

型号/规格  
Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号  
Number of Sample

00006047 (01) 设备编号:临床试验

受样日期  
Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人  
Approved by

徐昇

批准人职务  
Position

部长

校准员  
Calibrated by

李林凤

核验员  
Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add.No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the  
内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。  
Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.



校准数据/结果:  
Data/Result of Calibration

显示温度/°C	实测温度/°C	显示湿度/%	实测湿度/%
6.6	5.4	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度:

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点: 6.6 (°C)

$U= 0.4 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $k=2$

校准湿度点: / (%RH)

$U= 1.4 \text{ } \%RH$ ,  $k=2$



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号  
Certificate No

第 01381719-005 号

委托者

Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址

Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称

Description of Sample

冷链

制造厂商

Manufacturer

海尔

型号/规格

Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号

Number of Sample

000062d3 (07) 设备编号:临床试验

受样日期

Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人

Approved by

徐昇

批准人职务

Position

部长

校准员

Calibrated by

李林凤

核验员

Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add:No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the

内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。

Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.



校准数据/结果：  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
20.1	19.7	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度：

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点： 20.1 (℃)

$U=$  0.4 ℃,  $k=2$

校准湿度点： / (%RH)

$U=$  1.4 %RH,  $k=2$



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 第 01381719-006 号  
Certificate No

委托者  
Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址  
Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称  
Description of Sample

冷链

制造厂商  
Manufacturer

海尔

型号/规格  
Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号  
Number of Sample

0000615E (06) 设备编号:临床试验

受样日期  
Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人  
Approved by

徐昇

批准人职务  
Position

部长

校准员  
Calibrated by

李林凤

核验员  
Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add.No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101-III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the

内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。

Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.



校准数据/结果：  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
13.2	12.7	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度：

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点： 13.2 (℃)

$U=$  0.4 ℃,  $k=2$

校准湿度点： / (%RH)

$U=$  1.4 %RH,  $k=2$



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号  
Certificate No

第 01381719-007 号

委托者

Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址

Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称

Description of Sample

冷链

制造厂商

Manufacturer

海尔

型号/规格

Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号

Number of Sample

00005F39 (05) 设备编号:临床试验

受样日期

Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人

Approved by

徐昇

批准人职务

Position

部长

校准员

Calibrated by

李林凤

核验员

Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT. This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add:No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the  
内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。  
Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.



校准数据/结果:  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
22.8	23.1	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度:

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点: 22.8 (°C)

$U=$  0.4 °C,  $k=2$

校准湿度点: / (%RH)

$U=$  1.4 %RH,  $k=2$



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 第 01381719-008 号  
Certificate No

委托者  
Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址  
Add.of Customer

蒋王庙街14号

样品名称  
Description of Sample

冷链

制造厂商  
Manufacturer

海尔

型号/规格  
Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号  
Number of Sample

000061d8 (08) 设备编号:临床试验

受样日期  
Date of Sampling

2022 - 10 - 19

证书批准人  
Approved by

徐昇

批准人职务  
Position

部长

校准员  
Calibrated by

李林凤

核验员  
Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2022

年

10

月

19

日



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add:No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话：025-86735513

Tel.

邮编：210049

PostCode

传真：025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------

校准使用的主要计量标准器具

Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号/规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01260731	2023-01-31

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准  
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：  
Location Where the Calibration was Carried Out 中国医学科学院皮肤病医院

校准时环境条件：  
Environmental Condition For Calibration

温度：  
Temperature 22°C

相对湿度：  
Relative Humidity 56%

其它：  
Others

说明/专业建议：  
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围  
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the

内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。

Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：  
Other Remarks

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。  
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.



校准数据/结果：  
Data/Result of Calibration

显示温度/℃	实测温度/℃	显示湿度/%	实测湿度/%
22.7	22.9	/	/

以下无校准数据

本次校准结果的不确定度：

Uncertainty of This Calibration Result

校准温度点： 22.7 (℃)

$U= 0.4 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $k=2$

校准湿度点： / (%RH)

$U= 1.4 \text{ } \%RH$ ,  $k=2$