



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

## 检定证书

### VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号  
Certificate No

第 01447004 号

送检单位  
Applicant

中国医学科学院皮肤病医院

计量器具名称  
Name of Instrument

电子血压计

型号/规格  
Model/Specification

HBP-9030

出厂编号  
Serial Number

05001670LF 设备编号:门诊2F

制造单位  
Manufacturer

OMRON

检定依据  
Verification Regulation

JJG 692-2010《无创自动测量血压计检定规程》

检定结论  
Conclusion

合格

批准人  
Approved by

徐昇

(检定专用章)  
stamp

核验员  
Checked by

陈琳

检定员  
Verified by

章志威

检定日期

Date of Verification

2023 年 03 月 27 日

Year

Month

Day

有效期至

Valid to

2024 年 03 月 26 日

Year

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址: 南京市栖霞区仙林大道10号

Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务(投诉)电话: 025-86735513 传真: 025-86735513

Tel.

Fax

业务查询: 025-85410283

Tel. for inquire about

邮编: 210049

PostCode

检定所使用的计量标准  
Standard of Measurements Used in The Verification

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	计量标准考核 证书号 Certificate No	有效期至 Valid until
无创自动测量血压计检定装置	(0~300) mmHg g	$U=1.5\text{mmHg}$ ( $k=2$ )	[2019]省量标宁法证字第195号	2023-07-23

检定使用的主要计量标准器具  
Standard of Measurement Used in This Verification

名称 Name	型号/规格 Model/ Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
无创血压模拟仪	BP Pump 2	MPE: $\pm 0.1\text{kPa}$ (静态压力)	1672011	江苏省计量科学研究院 Y2022-0053728	2023-06-21

本计量标准的量值可溯源至国家基准

This standard of measurement used in this verification be traceable to the national primary standard in the P.R.C

检定的环境条件和地点

Environmental Conditions and place of the Verification

温度: 20°C 相对湿度: 45% 其它: /  
Temperature Relative Humidity Others

地点: 中国医学科学院皮肤病医院  
Place

其他技术说明

Other Technical Notes

注: 1、未经许可, 部分复制本证书内容无效。

Note

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的样品有效。

It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) Verification.

3、本证书未加盖检定专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

检定结果:  
Results of Verification

1、外观的检查

检查结果	合格
备注	/

\*2、静态压力测量范围

检定结果	/
------	---

3、静态压力示值误差的检测

单位: kPa

标准压力值	32.0	24.0	20.0	16.0	12.0	8.0	最大误差
第一次读数	31.9	23.9	19.8	15.9	11.8	7.9	-0.2
第二次读数	31.8	23.9	19.9	15.9	11.8	7.9	
示值误差	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	

4、血压示值重复性的检测(示波法原理血压计检测项目)

单位: mmHg

血压设定值	测量值						重复性
收缩压	150	154	157	156	155	157	1.3
舒张压	100	107	110	108	108	109	1.3

5、自动放气阀放气速率(听诊法原理血压计检测项目)

单位: kPa/s

检验结果	/
------	---

\*6、气压系统气密性

单位: kPa/min

检查结果	/
------	---

注: 带“\*”检测项为首检项目

以下空白

\*注: 在填写检定结果时, 如需要, 可另加附件说明。

Note: Filling in the results of verification, if need be, may add to statements.