



南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. 第 01433627-002 号

送检单位 Applicant	中国医学科学院皮肤病医院
计量器具名称 Name of Instrument	电子体重秤
型号/规格 Model/Specification	TCS-200-RT
出厂编号 Serial Number	040设备编号:门诊2F导医台
制造单位 Manufacturer	无锡市衡器厂有限公司
检定依据 Verification Regulation	JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》
检定结论 Conclusion	符合Ⅲ级

(检定专用章)
stamp

批准人
Approved by 徐昇

核验员
Checked by 汪培德

检定员
Verified by 章志威

检定日期
Date of Verification 2023 年 02 月 27 日

有效期至
Valid to 2024 年 02 月 26 日



计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址: 南京市栖霞区仙林大道10号
Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn
E-mail

业务(投诉)电话: 025-86735513 传真: 025-86735513
Tel. Fax
业务查询: 025-85410283 邮编: 210049
Tel. for inquire about PostCode

检定所使用的计量标准
Standard of Measurements Used in The Verification

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	计量标准考核 证书号 Certificate No	有效期至 Valid until
非自动衡器检定装置	100g~30kg ~5t	M ₁ 级	[2002]市量标宁 法证字第003号	2023-11-10

检定使用的主要计量标准器具
Standard of Measurement Used in This Verification

名称 Name	型号/规格 Model/ Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
砝码	10mg~500g/ 柱形	M ₁ 等级	385	南京市计量监督检测院 01407072	2024-01-31
砝码	10g~2kg	M ₁ 等级	386	南京市计量监督检测院 01407073	2024-01-19
砝码	5kg、10kg	M ₁ 等级	1~8#	南京市计量监督检测院 01411218	2024-02-22
砝码	25kg/锁形	M ₁ 等级	1~100	南京市计量监督检测院 01407013	2024-02-14

本计量标准的量值可溯源至国家基准

This standard of measurement used in this verification be traceable to the national primary standard in the P.R.C

检定的环境条件和地点

Environmental Conditions and place of the Verification

温度: 18°C 相对湿度: /% 其它: /
Temperature Relative Humidity Others

地点: 中国医学科学院皮肤病医院
Place

其他技术说明

Other Technical Notes

注: 1、未经许可, 部分复制本证书内容无效。

Note It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的样品有效。

It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) Verification.

3、本证书未加盖检定专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

检定结果:
Results of Verification

最大秤量 (Max): 200 kg 检定分度值 (e): 100 g

检定项目	检定点	技术要求	误差 E _c	
通用技术要求	-----	目测, 应符合检定规程中“计量的安全性”、“扩展显示装置”、“多指示装置”、“计量法制标志和计量器具标识”的要求。	符合要求	
置零准确度	1 kg	MPE:±0.25e	0.0 e	
称量检定	-----	-----	正程	回程
	2 kg	MPE:±0.5e	-0.1 e	-0.1 e
	50 kg	MPE:±0.5e	-0.2 e	-0.2 e
	100 kg	MPE:±1.0e	-0.3 e	-0.3 e
	150 kg	MPE:±1.0e	-0.4 e	-0.4 e
	200 kg	MPE:±1.0e	-0.5 e	-0.5 e
去皮准确度	1 kg	MPE:±0.25e	0.0 e	
去皮后称量检定	-----	-----	正程	回程
	2 kg	MPE:±0.5e	-0.1 e	-0.1 e
	50 kg	MPE:±0.5e	-0.2 e	-0.2 e
	75 kg	MPE:±1.0e	-0.2 e	-0.2 e
	100 kg	MPE:±1.0e	-0.3 e	-0.3 e
	150 kg	MPE:±1.0e	-0.4 e	-0.4 e
偏载	70 kg	MPE:±1.0e	偏载点1	-0.2 e
			偏载点2	-0.2 e
			偏载点3	-0.2 e
			偏载点4	-0.2 e
鉴别阈	Min	秤在平衡状态下, 轻缓地放上或取下一个等于1.4d的附加砝码, 秤的示值应发生明显改变。	改变	
	1/2Max		改变	
	Max		改变	
重复性	100 kg	≤1.0e	0.1 e	

以下空白

*注: 在填写检定结果时, 如需要, 可另加附件说明。

Note: Filling in the results of verification, if need be, may add to statements.